

进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市第六人民医院
拟采购产品名称	超声支气管镜系统
拟采购产品金额	2250000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市第六人民医院超声支气管镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	2250000.00 元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取：

2. 无法以合理的商业条件获取：

3. 其他。

原因阐述：

因临床诊疗的迫切需求及医院发展的需要，经院领导研究决定，拟采购超声支气管镜系统。要求拟采购的超声支气管镜系统具备技术先进性能稳定、图像清晰、操作维护简便、分辨率高、视野清晰等特点，而国产产品在仪器性能及图像清晰度方面还无法满足使用需求。故我院申请购买进口的上述设备系统，特邀请专家进行论证。

三、专家论证意见

拟采购的超声气像镜系统国产产品在设备性能,图像清晰方面无法满足使用需求,无专门为超声内镜设计的穿刺引导线,同意采购进口产品。

专家签字: 张雪

日期: 2025年 4月 29日

目前,国产的同类设备推入市场时间短,工艺尚不成熟,无专门为超声内镜设计的穿刺引导线,超声内镜一般不超过80mm,扇形角度一般在60°左右,无法满足手术时精准治疗的需求,同意采购进口产品。

专家签字: 王也

日期: 2025年 4月 29日

目前同类设备,国产设备技术尚不太成熟,一般不具备专门的超声内镜设计的穿刺引导线。超声内镜扫描角度一般在60°左右,前视角在30°左右,有效长度很少有大于500mm的,为满足临床治疗需求,同意采购进口产品。

专家签字: 马孔

日期: 2025年 4月 29日

拟采购的超生支气管镜符合国家法律法规规定，不属于国家限制进口产品目录中的产品，采购要求不存在排斥供应商的技术参数，无独有的专利、专有技术。同意采购进口产品。

专家签字：曲欢欢

日期：2025年4月29日

超生支气管镜不属于国家限制进口产品目录中的产品，拟采购产品符合国家法律法规规定且采购要求不存在排斥供应商的技术参数，无独有的专利、专有技术。同意采购进口产品。

专家签字：魏

日期：2025年4月29日